

# Humadent<sup>®</sup>-Unit データシート

## オゾン療法用オゾン生成機器（歯科医師向け）

- LED 表示
- 真空機能とオゾン濃度のデジタル表示
- オゾンバルブ(ほこり止め /気密障壁)
- 滅菌オゾンバルブ
- オゾン濃度 **0 $\mu$ g/ml** から最大 **70 $\mu$ g/ml** まで調節可能
- 自動洗浄チェック機能
- 真空/吸引機能
- 触媒一体式
- 調整光度計
- 遠隔操作可能な足踏みスイッチ
- 3種のルアーロック式カニューラ付ハンドピース
- **24** ヶ月保証

### テクニカルデータ:

- 電源: **230 V AC 50/60 Hz**
- 消費電力: **50 VA**
- オゾン生成機器: **オゾン濃度: 0 - 70  $\mu$ g/ml +/-5%**
- ガス流量: **300 ml/min.**
- 触媒装置: **耐用年数 最低 5 年**
- 洗浄: **市販の洗剤を使用し、溶媒(アセトン) は使用しないこと**
- 殺菌剤: **Sagrotan, Kodan, または類似の製品を使用**
- 耐用年数: **24 ヶ月**
- 寸法(LxBxH): **28 x 30 x 12 cm**
- 重量: **3,80 kg**
- 認識番号/指定機関: **CE 0535 , EUROCAT 認証・試験機関**
- 商品分類: **医療機器指令 MDD: 93/42/EEC、付属書類 II b**

