

Caracteristiques de l'appareil

Humazona® Appareil d'ozonotherapie – concu pour l'autohemotherapie

- Affichage par LED
- Reglage manuel pour le vide et la concentration d'ozone
- Valve a ozone etanche `a la joussiere et a l'air
- Valve a ozone sterilisable
- Reglage de la concentration d'ozone de 0 a 70 µg/ml
- Aspiration par une pompe a vide
- Cleancheck automatique
- Catalyseur integre
- Controle photometrique
- 24 mois garantie



Technische Daten:

- | | |
|---------------------------------|---|
| ➤ Voltage: | 230 V AC |
| ➤ Commmation electrique: | 50 VA |
| ➤ Gerateur d'ozone: | concentration: 0 a 70 µg/ml +/-5% |
| ➤ Debit de production: | 300 ml/min. +/-5% de melange ozone-oxygene |
| ➤ Debit d'aspiration: | 2 l / minute |
| ➤ Catalyseur: | duree devie minimale 5ans |
| ➤ Temperature d'utilisation: | + 15°C a 35°C |
| ➤ Degre d'humidite: | 0 a 75% |
| ➤ Nettoyage de l'appareil: | avec du savon liquide ne pas utiliser des solvants (acetone) |
| ➤ Desinfection: | Sagrotan / Kodan on identique |
| ➤ Garantie: | 24 mois |
| ➤ Dimensions (LxBxH) | 28 x 30 x 12 cm |
| ➤ Poids: | 3,80 kg |
| ➤ Agreement: | CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing |
| ➤ Classification de l'appareil: | Directive 93/42 EEC pour les equipments medicaux, Appendix II b |

CE 0535